【正誤表】

１．機器仕様書に誤記がありましたので、次のとおり訂正します。

ＤＮＡシーケンサー　仕様書　3.機器の性能、機能、規格等(3-1-7)

【誤】

「シークエンス解析およびフラグメント解析の両方が可能であること。また、解析後のデータはAB1形式およびFASTA形式のファイルでUSBメモリーに出力可能であること。」

【正】

「シークエンス解析およびフラグメント解析の両方が可能であること。また、解析後のデータはAB1形式およびFSA形式のファイルでUSBメモリーに出力可能であること。」